

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 Tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp đèn Led ( Máy ánh sáng sinh học ) khoa Da Liễu với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng, Địa chỉ: 504 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người Nhận: Khoa Dược – VT.TTBYT
  - Địa chỉ mail: [Trungtamcbxh@gmail.com](mailto:Trungtamcbxh@gmail.com)
  - Điện thoại: 02993.823785
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTTBYT, Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: 504 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ, điện thoại: 02993.823785
  - Nhận qua mail: [Trungtamcbxh@gmail.com](mailto:Trungtamcbxh@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 23 tháng 7 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 06 tháng 8 năm 2025
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 06 tháng 8 năm 2025

Kính đề nghị Quý công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá theo mẫu phụ lục.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế ( Gọi chung là thiết bị)

| Stt | Danh mục                                | Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật                                                                                      | Số lượng/<br>Khối lượng | Đơn<br>vị tính |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 1   | Đèn led<br>( Máy ánh<br>sáng sinh học ) | - Bước sóng ánh sáng xanh 415 nm<br>- Bước sóng ánh sáng đỏ 633 nm<br>- Bước sóng ánh sáng vàng 590 nm<br>- Cận hồng ngoại 830 nm<br>- Khả năng kết nối Mix các bước sóng | 01                      | Cái            |

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại khoa Da Liễu của Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng.


3.Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 7 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản

5. Các thông tin khác ( Nếu có)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD



**BSC.KL. Hồ Quang Hồng**