

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp máy siêu âm mắt AB cho khoa Mắt với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng, Địa chỉ: 504 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người Nhận: Khoa Dược – VT.TTBYT
- Địa chỉ mail: Trungtampcbxh@gmail.com
- Điện thoại: 02993.823785

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-VTTTBYT, Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: 504 Lê Hồng Phong, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ, điện thoại: 02993.823785

- Nhận qua mail: Trungtampcbxh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 26 tháng 9 năm 2025 đến trước 16h00 ngày 05 tháng 10 năm 2025

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 05 tháng 10 năm 2025

Kính đề nghị Quý công ty/ Nhà cung ứng/ Đơn vị có quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá theo mẫu phụ lục.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (Gọi chung là thiết bị)

Stt	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, Thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm mắt AB	Chế độ Siêu âm A: - Sinh trắc nhanh và toàn diện: • Chiều dài trục nhãn cầu / AXL/ • Độ sâu tiền phòng /AC/ • Độ dày thủy tinh thể /LENS/ • Độ sâu vùng dịch kính /VITR/ - Tính toán trung bình cộng của các phép đo AXL, AC, LENS, VITR - Tính toán độ lệch chuẩn của các phép đo AXL - Phạm vi đo: • Chiều dài trục nhãn cầu (AXL): 15 mm đến 40 mm • Độ sâu tiền phòng (AC): 1,8 mm đến 6 mm • Độ dày thủy tinh thể (LENS): 1,5 mm đến 6,5 mm - Đo tất cả các loại mắt: Thủy tinh thể tự nhiên (thông thường, cataract mềm, cataract cứng), thủy tinh thể nhân tạo (PMMA, Acrylate, Silicone), không có thủy tinh thể (Aphakic) - Ít nhất 5 công thức công suất thủy tinh thể: SRK II, SRK T, Holladay-1, HofferQ, Binkhorst II - Phương pháp: Nhúng và tiếp xúc - Bộ nhúng cho đầu dò A - Tần số đầu dò – 12 MHz - Phạm vi quét: 45mm trên 2500 điểm đo thực. - Độ phân giải lâm sàng: 0.1 mm - Độ phân giải điện: -/+ 0.01 mm	01	Cái

	Chế độ Siêu âm B - Chế độ hiển thị: • B • B+A Tần số đầu dò: 12 MHz /15 MHz; Đầu dò hội tụ Độ phân giải lâm sàng (đọc): 0.12 mm Độ phân giải lâm sàng (ngang): 0.3 mm Phương pháp quét: hình quạt (Sector) Độ sâu quét: 20 - 60 mm (5 bước) Tốc độ làm mới - 12 khung / giây Vector CV ở chế độ hoạt động (Run) hoặc tạm dừng (Freeze) Các thiết bị đi kèm - UPS tích điện - Máy in		
--	---	--	--

2.Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại khoa Mắt của Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng.

3.Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 7 ngày

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chuyển khoản

5. Các thông tin khác (Nếu có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD

GIÁM ĐỐC



BSCKII. Hồ Quang Hồng